

POCT-Nyhedsbrev

4. kvartal, oktober 2020



Årets sidste kvartal

Her kommer årets sidste POCT-Nyhedsbrev. Indtil nu har jeg besøgt fem kommuner.

Gribskov- og Fredensborg Kommune vil snarest blive kontaktet med henblik på at aftale tid til kvalitetsbesøget – det bliver en torsdag i november måned. Det er en stor hjælp, hvis I forinden ved, hvor blodtryksapparater, saturationsmålere og glukoseapparat(ter) befinder sig.

Efterhånden som I begynder at sende kontrolprøver ind på CRP, vil jeg sende resultatet til jer. Resultatet ser således ud:

Rekv. nr.	Ønsket prøvetagningstid	Ønsket sluttid	Status	Revisionskommentar						
104505624350	15-07-2020 13:47		Svar klar							
Analyse	Prøvenr.	Faktisk tid	Svar	Enhed	Ref. interval	Ekspeditions-k.	Svartid	Af	Laboratorium	Status
P-C-reaktivt protein (Kvalitetsvurdering)	104505624368	15-07-2020 13:47				Rutine	16-07-2020 15:55	LabkaSer...	BH	Svar klar
P-C-reaktivt protein (PN) i Targetværdi (EQA-LAB)	104505624368	15-07-2020 13:47	1,04		0,59-1,41 ^B	Rutine	16-07-2020 15:55	Auto-com...	BH	Svar klar
P-C-reaktivt protein (PN)	104505624368	15-07-2020 13:47	22	mg/l		Rutine	16-07-2020 15:55	Reflex test	BH	Svar klar
P-C-reaktivt protein (EQA-LAB)	104505624368	15-07-2020 13:47	21	mg/l		Rutine	16-07-2020 15:54	JWER0007	BH	Svar klar
P-C-reaktivt protein (PN apparaturtype)			QuikRead 101				15-07-2020 14:14	LabkaSer...		
P-C-reaktivt protein (PN reagenslotnr.)			JP89				15-07-2020 14:14	LabkaSer...		
P-C-reaktivt protein (Kvalitetsvurdering) i reflekstest	104505624368	15-07-2020 13:47	Udført			Rutine	16-07-2020 15:55	Reflex test	BH	Svar klar
P-C-reaktivt protein (PN apparatnr.) i P-C-reaktivt protein (PN reagenslotnr.)			Apparatnr. 1				15-07-2020 14:14	LabkaSer...		

Det gælder om at sende en kontrolprøve ind, som er større end 20 mg/L. Herved kan der beregnes en ratio (POCT/Lab.) Hvis ratioen fx er 1 betyder det, at jeres POCT-udstyr har målt den samme værdi som laboratoriet. Ratioværdien for CRP godkendes efter denne tabel:

CRP	<0,59	Ikke tilfredsstillende, udfør ny kontrol
	0,59-0,67	Mindre tilfredsstillende
	0,68-1,32	Tilfredsstillende
	1,33-1,41	Mindre tilfredsstillende
	>1,41	Ikke tilfredsstillende, udfør ny kontrol

2020 har på mange måder været et anderledes år. Vi har dog på trods af corona-pandemien fået startet kvalitetssikring i kommunerne op, og det er et vigtigt skridt i behandlingen af kommunens borgere. Tak for indsatsen!

Hilsen

Dorte Klarskov Bakke
POCT Koordinator

Tlf.: 48 29 69 05

E-mail: Dorte.Klarskov.Bakke.01@regionh.dk

Nordsjællands Hospital
Klinisk Biokemisk Afdeling
Dyrehavevej 29
3400 Hillerød